

# ORIENTAÇÕES GERAIS E DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

## Critérios para realização do exame:

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.
- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética.

## 1) Recomendações gerais:

- Comparecer à unidade sem joias, brincos e pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária. Para sua segurança é necessário utilizar o avental fornecido no dia do exame e seguir as orientações de segurança de nossa equipe.
- Estar sem maquiagens (inclui cílios postiço).
- Clientes que utilizam aparelho ortodôntico móvel precisam retirá-lo antes do exame. Os fixos, embora possam prejudicar a qualidade do exame, não apresenta risco para o cliente. A eventual necessidade da retirada do aparelho fixo será definida pela equipe médica no dia do exame.
- Clientes menores de 18 anos:  
Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.
- Clientes alérgicos a contraste:  
Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientação.
- Mulheres em período de amamentação:  
Não recomendamos a interrupção.
- Tatuagem/ Maquiagem definitiva e micropigmentações:  
Não é recomendado que indivíduos com tatuagens recentes, maquiagem definitiva ou micropigmentações, feitas nos últimos 30 dias, sejam submetidos à ressonância magnética.
- A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessário confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo.
- Retirar o sensor de glicemia subcutânea.
- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver.

## 2) Contraindicações à Ressonância Magnética:

- Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata).
- Implantes otológicos cocleares.
- Fixadores ortopédicos externos.
- Bomba de infusão medicamentosa.

## 3) Materiais permitidos para a realização do exame:

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar
- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas)
- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos)
- Derivação ventriculoperitoneal.
- Dispositivo intrauterino (DIU).
- Stents" intravasculares (como "stent" coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância somente após 6 semanas de sua colocação.

## 4) Clientes que possuam dispositivos/implantes metálicos ou eletrônicos:

- Marca-passo cardíaco;
- Expansores mamários;
- Prótese peniana;
- Fios metálicos de localização cirúrgica pré-operatória mamária;
- Clipe de aneurisma intracraniano e outros.

**Devem apresentar documento que comprove a compatibilidade com o ambiente de Ressonância Magnética. Serão aceitos:**

- Relatório médico;
- Carta de autorização médica;
- Cartão de identificação do dispositivo implantado;

**A ausência pode acarretar impedimento para realização do exame.**

Para mais informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento pelo Telefone (19) 3753.5700 ou WhatsApp (19) 99790-9463.